

stem No : 21842 Döküm Tarihi : 11.12.2018
stem Tarihi : 30.11.2018 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : OKS JEN TERAP C HAZI
Bölüm Kodu : 919199
Bölüm Adı : BASHEKİMLİK BİRİM

stem artname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
9990101032719	OKS JEN TERAP CIHAZI	100,00	ADET
artname Kodu	: 26694		

OKS JEN TERAP C HAZI TEKNİK ARTNAMESİ

Cihaz hastanelerde, acil servislerde ve kliniklerde kullanılacak şekilde tasarlanmalı olmalıdır.
Cihaz oksijen tüpünden gelen basınçlı gazı regüle edip nemlendirerek hastaya verilmesini sağlamalıdır.
Cihaz üzerinde tüp basıncını gösteren bir manometre olmalıdır.
Metal gövde üzerine M.K.Ü ibaresi lazer ile yazılmış olmalıdır.
Cihaz, oksijen tüpündeki basıncı 200 kg/cm²' den 3,5-4 kg/cm²' ye düşürerek, tüp basıncını regüle etmelidir.
Cihazın regülatöründen 3,5-4 kg/cm² basınçla çıkan gazın debisi cihazın flowmetresinde 0-15 lt/dak arasında ayarlanabilmelidir.
Cihazın flowmetresi 150 ml'lik nemlendirme kabı ile birlikte verilmelidir.
Cihazın nemlendirme kabı 121 derecede steril edilebilir olmalıdır.
Flowmetrenin derecelendirilmiş debimetresi kırılmaya karşı mukavim polikarbon malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
Cihaz ile birlikte 1 adet burun gözlüğü, 2 adet tüp bağlantı contası verilmelidir.
Cihaz imalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır. Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücret karşılığında yedek parça temin garantisi olmalıdır.
Üretici ISO9001 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
Üretici ISO 13485 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
Üretici ISO 14001 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.

stem No : 21842
stem Tarihi : 30.11.2018 00:00:00
Açıklama : OKS JEN TERAP C HAZI
Bölüm Kodu : 919199
Bölüm Adı : BASHEKİMLİK BİRİM

Döküm Tarihi : 11.12.2018

Sayfa : 2

stem artname Listesi